Fundusze Europejskie
Program Regionalny

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Busko-Zdrój, 25.01.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA

„Zakup bramki detekcyjnej do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz lamp bakteriobójczych" w ramach realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny"

Mając na względzie postanowienia art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązki wynikające z art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa".

1. Zakres rzeczowy świadczenia usługi **został określony w załączniku nr 1 do zaproszenia**, który stanowi integralną część zaproszenia.

2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym należny podatek VAT.

3.Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, którego zakres rzeczowy złożonej oferty jest zgodny z wymaganiami zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę.

4.Zamawiający informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES).
W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

5.Ofertę cenową wraz z klauzulą informacyjną RODO oraz specyfikacją oferowanych sprzętów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 28.01.2021 r. godzina 15.30 w sekretariacie Dyrektora PCPR-u w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: centrum@centrumbusko.pl** Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

6.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: **Rozpoznanie cenowe na: „Zakup bramki detekcyjnej do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz lamp bakteriobójczych" w ramach realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny". Nie otwierać przed dniem 29.01.2021 r. Godz. 9.15"**

7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.01.2021 r. o godz. 9.15 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120; 28-100 Busko-Zdrój.**

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju
mgr Aneta Chwalik

Załącznik nr 1 do oferty cenowej – Przedmiotem zamówienia jest „Zakup bramki detekcyjnej do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz lamp bakteriobójczych" dla bezpieczeństwa UP i kadry merytorycznej w ramach realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny".

Załącznik nr 1 jest integralną częścią oferty cenowej. Zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

L.p.	Nazwa urządzenia	Opis wymagań parametrów technicznych	Wymagana ilość
1.	**Bramka detekcyjna do bezdotykowego pomiaru temperatury**	**Specyfikacja techniczna:** • **Zasilanie:** sieciowe - 240V • **Układ elektroniczny:** zintegrowany • **Szybki bezdotykowy pomiar,** • **Przepustowość:** 70 osób na minutę • **Licznik przejść:** tak • **Alarm:** dźwiękowy sygnalizujący zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę • **Wyświetlenie temperatury:** wyświetlacz LED, pomiar prosty do odczytania • **Wykrywana temperatura ciała:** >37°C • **Precyzja mierzenia temperatury:** ±0,3°C • **Badanie temperatury ciała:** wbudowany precyzyjny miniaturowy czujnik IR temperatury na podczerwień, który kontroluje temperaturę ciała z czoła lub nadgarstka • **Obudowa:** aluminium lub PCV, wytrzymała chroniąca elementy elektroniczne • **Konstrukcja modułowa, przeciwwstrząsowa** umożliwiająca łatwy i szybki transport i montaż bramki • **Waga:** od 30 do 50 kg • **Urządzenie może być wykorzystywane do pomiaru temperatury w budynkach**	1

		użyteczności publicznej • **Certyfikaty CE i ISO** • **Gwarancja min 12 miesięcy** W zestawie: • Instrukcja obsługi w języku polskim	
2.	**Lampa bakteriobójcza przepływowa na statywie**	• **Typ lampy bakteriobójczej:** przepływowa • **Mocowanie:** wolnostojąca • **Wymiary kopuły:** **dł.** min. 15 cm, 30 cm **szer.** min. 15 cm, max. 30 cm **wys.** min.70 cm, max.140 cm • **Napięcie zasilania:** 220-240V • **Rodzaj światła:** ultrafioletowe UV-C • **Długość Fali UV-C:** 280 nm - 100 nm • **Pobór mocy:** min.85 W, max.88 W • **Żywotność:** 8000-9000h • **Wydajność wentylatora:** min. 120 m^3/h • **Dezynfekowana kubatura**: min. 25 m^3 • **Zasięg działania lampy:** 10-20 m^2 • **Miejsce na filtr HEPA** • **Włącznik on-off** • **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I • **Posiada Atest PZH** • **Gwarancja:** min. 12 miesięcy W zestawie: • Filtr HEPA kompatybilny z urządzeniem- 2 szt. • Instrukcja obsługi w języku polskim	2

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności:

a. dostarczenia oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego na ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój własnym transportem i na własny koszt oraz zapewnić jego rozładunek;

b. rozpakowania, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy (w terminie późniejszym wskazanym przez Zamawiającego).

2. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu:
   a) karty gwarancyjne;
   b) instrukcje obsługi w języku polskim;
   c) niezbędną dokumentację techniczną zwierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów oraz pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, o ile dotyczy.
3. Na powyższy asortyment wymagana jest minimum 12 miesięczna gwarancja licząc od daty protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą cenową szczegółowej specyfikacji/opisu oferowanych sprzętów, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określanych przez Zamawiającego.
7. **Planowany termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.**